

Zapytanie ofertowe

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa bronchofiberoskopu z wyposażeniem o następujących parametrach:

- kamera wbudowana w końcówkę endoskopu
- średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 5,5 mm
- min. średnica kanału roboczego 2,0 mm.
- min. długość robocza 600 mm
- tor wizyjny
- kompatybilność z urządzeniami w pracowni szpitala (Pentax, Fuji)
- ważność oferty 60 dni

Termin przysyłania ofert do 22.07.2020

2. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz ofertowy wykonawcy należy złożyć w siedzibie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach : ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, NIP 743-16-41-687, przesłać faxem na numer 089 764 94 82 lub d.jadczak@szpital-bartoszyce.pl.

3. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

15.07.2020

Dariusz Jadczak

St. inspektor ds. aparatury
medycznej

.....
Sporządził