

Bartoszyce, dnia 15.07.2020

## Zapytanie ofertowe

**Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach** zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

### 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa 1 myjni endoskopowej o następujących parametrach:

- przeznaczona do równoczesnego mycia min. dwóch endoskopów
- automatyczny test szczelności przez cały proces mycia i dezynfekcji
- wielokanałowy system mycia i dezynfekcji aparatu obrotową głowicą 360 stopni do zraszania wodą i detergentem
- system filtracji wody
- system dezynfekcji za pomocą lamp UV
- system samodezynfekcji myjni
- system płukania kanałów endoskopu alkoholem
- kompatybilność z urządzeniami stosowanymi w pracowni (Pentax, Fuji)
- ważność oferty 60 dni

Termin przysyłania ofert do 22.07.2020

### 2. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony w języku polskim formularz ofertowy wykonawcy należy złożyć w siedzibie Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach : ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, NIP 743-16-41-687, przesłać faxem na numer 089 764 94 82 lub [d.jadczak@szpital-bartoszyce.pl](mailto:d.jadczak@szpital-bartoszyce.pl),

3. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

15.07.2020

**Dariusz Jadczak**

St. inspektor ds. aparatury  
medycznej

.....  
Sporządził