

Usługa: Obsługa serwisowa aparatów/urządzeń medycznym

Wymagania:

- podpisanie umowy współpracy oraz umowy o poufności
- akceptacja Kodeksu Etyki Dostawców zleceniodawcy
- doręczenie niezbędnych informacji do założenia dostawcy w bazie danych zleceniodawcy
- przejście wymaganych szkoleń zleceniodawcy z zakresu: IT, BHP, itp oraz procedur zleceniodawcy wymaganych do przeprowadzenia obsługi serwisowej aparatów
- praca na sprzęcie i systemie doręczonym przez zleceniodawcę
- zgoda na audyt lokalny (w siedzibie dostawcy) przeprowadzany przez zleceniodawcę lub wyznaczone przez niego osoby
- posiadanie osobnego pomieszczenia "biohazard". Pomieszczenie to powinno spełniać wymagania BSL-2 a w szczególności powinno zostać: zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, być oznakowane (m.in. piktogram zagrożenia biologicznego) oraz powinno zostać wyposażone w: łatwo zmywalną wykładzinę, meble, w tym krzesła z materiałów łatwo zmywalnych (np. tworzywo sztuczne), umywalkę, instrukcje bhp i ppoż., w tym postępowania po ekspozycji, postępowania z odpadami)
- Dodatkowo pomieszczenie powinno: mieć dobrą wentylację, być bez progów na wejściu, posiadać odpowiednia wielkość tak aby miało wydzielone boksy do segregacji, zapewniać odpowiednią temperaturę (obowiązkowo termometr w pomieszczeniu lub inny sensor mierzący temperaturę), niezależne wejście
- spełnianie odpowiednich standardów, zgodnie z wymaganiami lokalnymi BHP/PPOŻ
- posiadanie wewnętrznych instrukcji roboczych świadczonych usług
- praca z używanym sprzętem medycznym - świadomość narażenia na zagrożenie czynnikiem biologicznym
- przystosowanie pracowników do pracy z w/w zagrożeniem - szczepienie pracowników
- posiadanie certyfikatu ISO będzie dodatkowym atutem
- umowa z firmą specjalizującą się w utylizacji odpadów (baterie/sprzęt elektroniczny)
- faktura wystawiana w cyklu miesięcznym
- forma rozliczenia: per sztuka urządzenia
- termin płatności: 60 dni

Zakres pracy:

- odbieranie i segregacja urządzeń medycznych
- dezynfekcja urządzeń medycznych
- usunięcie baterii z urządzenia medycznego
- utylizacja baterii
- raportowanie urządzeń medycznym w dedykowanym systemie zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zleceniodawcy
- Zgodnie z segregacją: zapakowanie i odesłanie części urządzeń we wskazane miejsce w cyklu tygodniowym lub utylizacja urządzeń medycznych